

DESTINATION DU DISPOSITIF

Selon le besoin clinique :

- Plaque d'ostéosynthèse (fracture, arthrodèse,...)
- Implant de reconstruction

MATÉRIAUX

Polymère ou titane
selon le besoin

STÉRILISATION

Dispositif autoclavable
selon le matériau

DÉLAI DE RÉALISATION

3 à 5 semaines selon le
dispositif

Parce que le matériel standard ne répond pas toujours au besoin clinique, ennoïa est à votre disposition pour concevoir des dispositifs uniques et personnalisés selon vos besoins.